GASTECH instruments	**GASTECH INSTRUMENTS S.r.l.** Via Carpaccio 2/A 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Tel. 02. 48.46.34.05 Fax 02.48.46.83.64	**Modulo** **GI – Multipro - cal**

VERBALE DI TARATURA ESPLOSIMETRO

Verbale di Taratura n° **G002/14**	Foglio n° 1 di 1

Cliente : **GASTECH INSTRUMENTS SRL**
VIA CARPACCIO 2/A
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI

Strumento in prova			
Denominazione strumento	Rilevatore Multigas	Marca	BIOSYSTEMS (U.S.A.)
Modello	**Multipro**	Matricola	**19863**
		Intervallo di verifica	1 anno

Condizioni di verifica

Temperatura [°C]	18 +/- 3°C	Fluido utilizzato	Gas
Umidità relativa [%]	65 +/- 20%		

1 Incertezza rilevata dal certificato del campione di riferimento

Calibrazione e Verifiche			
Taratura **Zero**		**OK**	Controllato
Capacità batterie		**OK**	Controllato
Settaggio livello/i di ALLARME default		**OK**	Controllato
Calibrazione **LEL %** - Metano	**50% LEL**	**OK**	Controllato
*** CERTIFICATO di CONFORMITA' GAS CAMPIONE : CALGAZ n° 1614662 del 07 OTTOBRE 2013**			

Il campo di misura dell'apparecchio risulta CONFORME **La prossima taratura dovrà essere effettuata entro il** **SETTEMBRE 2015**

Data emissione	**1 SETTEMBRE 2014**	**Eseguito :**	**Controllato :**