

### VERBALE DI TARATURA CERCAFUGHE GAS

Verbale di Taratura n° **G003/14**

Foglio n° 1 di 1

Cliente : **GASTECH INSTRUMENTS SRL**  
**VIA CARPACCIO 2/A**  
**20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI**

#### Strumento in prova

Denominazione strumento	Cercafughe Gas	Marca	Gastech Instruments
Modello	<b>MLD 3000</b>	Matricola	<b>130028</b>
Classe di precisione	10 ppm	Intervallo di verifica	1 anno

#### Gas di Calibrazione

Certificato di Analisi	Gas Campione	Data Certificato	Data Scadenza
RIVOIRA nr 433	100 ppm	07/02/2013	07/02/2016
RIVOIRA nr 475	5000 ppm	20/02/2012	20/02/2015
RIVOIRA nr 1250	1 % Vol=20% LEL	10/04/2013	10/04/2016
RIVOIRA nr 2855	100 % Vol	25/07/2012	25/07/2015
Temperatura [ °C ] - Umidità relativa [ % ]	21 +/- 3°C - 65 +/- 20%	Fluido utilizzato	Gas Metano

#### Verifiche Funzionali

1	Tasto ON/OFF - POMPA	OK	6	Tasto ALTOPARLANTE	OK	9	Allarmi ottici (POMPA-BATT-GAS)LCD	OK
2	Tasto MENU	-	7	Tasto RANGE	OK			
3	Tasto PUNTO ZERO	OK	8	Allarmi acustici (POMPA - BATT -GAS)	OK			



#### Verifica

Gas immesso	100 ppm	5000 ppm	1 % Vol=20% LEL	100 % VOL
Gas misurato	<b>100</b>	<b>5000</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
	OK	OK	OK	OK

Il campo di misura dell'apparecchio risulta **CONFORME**

La prossima taratura dovrà essere effettuata entro il

**SETTEMBRE 2015**

Data emissione	1 SETTEMBRE 2014	Eseguito : 	Controllato : 
----------------	------------------	--	---