

## VERBALE DI TARATURA CERCAFUGHE GAS

Verbale di Taratura n° **G004/14**

Foglio n° 1 di 1

Cliente: **GASTECH INSTRUMENTS SRL**  
**VIA CARPACCIO 2/A**  
**20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO**

### Strumento in prova

Denominazione strumento	Cercafughe Gas	Marca	GASTECH
Modello	<b>LGD 3000</b>	Matricola	<b>10043</b>
Classe di precisione	10 ppm	Intervallo di verifica	1 anno

### Condizioni di verifica

Certificato di Analisi	Gas Campione	Data Certificato	Data Scadenza
RIVOIRA nr 433	100 ppm	07/02/2013	07/02/2016
RIVOIRA nr 475	5000 ppm	20/02/2012	20/02/2015
RIVOIRA nr 1250	1 % Vol=20% LEL	10/04/2013	10/04/2016
RIVOIRA nr 2855	100 % Vol	25/07/2012	25/07/2015
Temperatura [ °C ] - Umidità relativa [ % ]	21 +/- 3°C - 65 +/- 20%	Fluido utilizzato	Gas Metano

### CALIBRAZIONE

Gas immesso	100 ppm	1 % Vol = 20% LEL	50 % VOL	75 % VOL	100 % VOL
LETTURA STRUMENTO	98 ppm	21 % LEL	48 % VOL	73 % VOL	98 % VOL
ERRORE	2 ppm	1 %	2 %	2 %	2 %

Il campo di misura dell'apparecchio risulta **CONFORME**

La prossima taratura dovrà essere effettuata entro il

**SETTEMBRE 2015**

Data emissione	1 SETTEMBRE 2014	Eseguito .....	Controllato .....
----------------	------------------	----------------	-------------------